

Zamówienie 207/BZP-PU.511.193.2023/AF  
BZP-PU/196/2023

Gdańsk dnia 02.10.2023 r.

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Zielony Park os. Pięć Wzgórz / os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków) – BO 2021 – dostawa i montaż defibrylatora.**

W ramach postępowania Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

---

### I. TERMIN REALIZACJI:

---

**Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 15.12.2023 r.**

---

### II. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:

---

1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji.
2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancje na okres 48 miesięcy liczone od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że postanowienie szczególne przewiduje dłuższy termin gwarancji lub co innego wynika z gwarancji udzielanej przez producenta. Każdorazowo obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
3. Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi na okres nie krótszy niż okres udzielonej gwarancji jakości.

**Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.**

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

**Zamówienie 207/BZP-PU.511.193.2023/AF  
BZP-PU/196/2023**

**Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać na adres e-mail: [drmg@gdansk.gda.pl](mailto:drmg@gdansk.gda.pl) w terminie do dnia 06.10.2023 r.**

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Krzysztof Małkowski  
Dyrektor Biura  
Podpisano elektronicznie: 02-10-2023



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żagłowa 11, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zwana dalej również DRMG, tel. (58) 320-51-00, faks.(58) 320-51-05, strona internetowa: [www.drmg.gdansk.pl](http://www.drmg.gdansk.pl), e-mail: [drmg@gdansk.gda.pl](mailto:drmg@gdansk.gda.pl).

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakupienie, dostawa i montaż, w ramach doposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych, urządzenia AED /Automated External Defibrillator czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego/, który jest sprzętem medycznym do analizy rytmu serca, wyłapując nieprawidłowości podejmuje decyzje o konieczności defibrylacji, czyli impulsie elektrycznym przywracającym prawidłowy rytm. Zadaniem AED jest unormowanie migotania komór serca.

### 3. Cel zamówienia

W celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na zagospodarowanym obszarze, planuje się montaż defibrylatora na działce o nr 8/41 w obr. geodezyjnym nr 74 Łostowice w dzielnicy Gdańska Ujeścisko-Łostowice. Zadanie jest częścią zakresu wniosku złożonego do Budżetu Obywatelskiego nr ZBO21 nr UJE/0004 pod nazwą Zielony Park os. Pięć Wzgórz / os. Miłe (Porębskiego / Jaworzniaków). Defibrylator planuje się zamontować przy dojściu do boiska wielofunkcyjnego możliwie najbliższej skrzynki energetycznej oświetleniowej boiska, które znajduje się w opiece Gdańskiego Ośrodka Sportu.

### 4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje

Zakupienie i dostarczenie, urządzenia AED w torbie, w zestawie z kapsułą zewnętrzną z alarmem otwarcia i kluczem pediatrycznym, montaż urządzenia na wolnostojącym postumencie usytuowanym możliwie najbliższej skrzynki oświetleniowej oraz przyłączenie instalacji elektrycznej urządzenia do istniejącej skrzynki. Proponowaną lokalizacją postumentu z urządzeniem pokazano w załączniku nr 1a i 1b do OPZ.

#### Urządzenie winno spełniać następujące ogólne wymagania:

- 4.1. Funkcjonalność: automatyczny, prosty w obsłudze, niezawodny i stale gotowy do użycia, zawierający uniwersalne elektrody oraz klucz pediatryczny, który pozwala stosować te same elektrody u dorosłych jak i u dzieci.
- 4.2. Trwałość: defibrylator musi być lekki, odporny na upadki, uszkodzenia, solidny, odporny na nieostrożne obchodzenie się, skrajne temperatury, zapylenie i zawilgocenie.
- 4.3. Bezpieczeństwo użytkownika: defibrylator podczas pracy musi być bezpieczny dla użytkownika i poszkodowanego, urządzenie winno wydawać precyzyjne polecenia głosowe oraz funkcje doradcze z odzwierciedleniem świetlnym za pomocą migających ikon wydawanych poleceń głosowych, ułatwiające pracę w hałaśliwym otoczeniu.
- 4.4. Stan techniczny: dostarczone urządzenia muszą być sprzętem pełnowartościowym, fabrycznie nowym w pierwszym gatunku, z datą produkcji 2023r.
- 4.5. Przed i po zakończeniu montażu urządzenia Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną obrazującą stan terenu i urządzenia przed i po jego wbudowaniu.

### 5. Szczegółowe wymagania do spełnienia przez urządzenie, objęte zamówieniem:

- 5.1. Do urządzenia należy doprowadzić energię elektryczną (przewodem 3x1,5mm<sup>2</sup> w kanale elektroinstalacyjnym (od istniejącej skrzynki, będącej w użytkowaniu Gdańskiego Ośrodka Sportu). Zabezpieczenie stanowi wyłącznik nadmiarowy o charakterystyce „B” i prądzie znamionowym



**Zamówienie 207/BZP-PU.511.193.2023/AF  
BZP-PU/196/2023**

- co najmniej 6 A. Ze względów bezpieczeństwa zasilacz defibrylatora powinien zostać zamontowany w polu rozdzielnic elektrycznej przyłącza, co ma na celu doprowadzenie energii elektrycznej 48 V, a nie 230 V do postumentu. Odległość postumentu z urządzeniem AED winna być możliwie najmniejsza od źródła energii elektrycznej 230 V.
- 5.2. Urządzenie winno posiadać zbliżone parametry i kolorystykę do już funkcjonujących w przestrzeni miasta Gdańska urządzeń. Należy dostosować również urządzenie pod kątem warunków eksploatacji urządzenia.
  - 5.3. Defibrylator w zestawie należy dostarczyć na miejsce montażu w oryginalnym etui. Zestaw składa się winien z: defibrylatora z elektrodami, klucza pediatrycznego i zestawu ratowniczego. Urządzenie winno być wyposażone w lokalizator GPS. Całość musi być fabrycznie nowa.
  - 5.4. Wraz z defibrylatorem winna być dostarczona kapsuła z modułem zarządzania GSM. Wymagane jest specjalne uszczelnienie kapsuły i mata grzejąca z zainstalowanymi w niej diodami LED, uruchamiana przez termostat, gdy temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Diody winny oświetlać wnętrze kapsuły tak, by była widoczna w pochmurny dzień oraz w nocy. Pokrywa z poliwęglanu winna być odporna na warunki atmosferyczne i posiadać klasę wytrzymałości mechanicznej na najwyższym poziomie na uszkodzenia mechaniczne. Kapsuła winna posiadać intuicyjny system otwierania przez przekręcenie, bez uchwytów i zawiasów i musi być wyposażona w rozwiązanie umożliwiające założenie plombi zrywanej.
  - 5.5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wykupienie abonamentu GSM na okres co najmniej 4 lat w celu korzystania z modułu zarządzania.
  - 5.6. Przed montażem należy wykonać postument przy ciągu pieszym do zamontowania urządzenia. Postument winien mieć wysokość od ziemi min. 180cm i szerokość min. 50cm oraz podwyższoną wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne. Materiał zastosowany w postumencie w ziemi i do wysokości posadowienia w gruncie do min. 30cm od powierzchni gruntu ze względu na możliwość zetknięcia z solą i jej pochodnymi w okresie zimowym i ich destrukcyjne działanie – winien być na te czynniki odporne i nie zawierać elementów metalowych. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż oznakowania AED wraz z tablicą „Gdańsk z Sercem” /Defibrylator z postumentem i oznakowaniem na fot. stanowiącej załącznik nr 2 do OPZ/.
  - 5.7. Oferta winna zawierać kompleksową realizację tj. od etapu zaplanowania i uzgodnienia z Użytkownikiem oraz z Zamawiającym lokalizacji postumentu z urządzeniem przez montaż urządzenia i przekazanie go do użytkowania pod opieką Użytkownika.
  - 5.8. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru.

**6. Opis i wymagania minimalne parametrów urządzenia**

Lp.	Parametr	Opis i wymagania minimalne
1.	Rodzaj urządzenia	Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED z funkcją analizy rytmu serca, umożliwiający błyskawiczne przełączenie pracy w tryb pediatryczny i automatycznie dopasowujący energię defibrylacji i instruktaż RKO do ratowania dzieci. Wymagany klucz pediatryczny.
2.	Stan defibrylatora	Fabrycznie nowy, rok produkcji 2023, nie będący przedmiotem wystawowym, ekspozycyjnym ani szkoleniowym, pozbawiony blokad serwisowych. Produkt I gatunku, pełnowartościowy.
3.	Tryb pracy defibrylatora	Automatyczny - uruchomienie defibrylatora i uzyskanie przez niego gotowości do pracy nie wymaga wykonania żadnych dodatkowych czynności oprócz włączenia urządzenia. Urządzenie powinno mieć możliwość defibrylacji na metalowych i mokrych powierzchniach.
4.	Język komunikatów głosowych	Po uruchomieniu urządzenie winno wydawać wyraźne komunikaty głosowe instruujące użytkownika o sposobie postępowania, o działaniach, które powinien wykonać w celu podjęcia akcji ratowniczej z użyciem defibrylatora AED. Komunikaty głosowe muszą być podawane języku polskim. Dopuszcza się możliwość ręcznego przełączenia na język angielski. Dodatkowo powinny być zastosowane świetlne



Zamówienie 207/BZP-PU.511.193.2023/AF  
BZP-PU/196/2023

		migające ikony.
5.	Czas uzyskania gotowości defibrylatora do pracy	Czas gotowości do defibrylacji od zakończenia RKO nie może przekraczać 10 sekund.
6.	Testowanie	Urządzenie samodzielnie i automatycznie musi przeprowadzać procedurę sprawności urządzenia co najmniej 1 raz na 24 godziny.
7.	Sygnalizacja sprawności, gotowości do pracy, defibrylatora	Defibrylator musi być wyposażony w widoczny wskaźnik optyczny (widoczny w świetle dziennym) lub/ i dźwiękowy informujący o: - gotowość urządzenia do pracy, - technicznej sprawności urządzenia lub jej braku, - wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia, - prowadzonej analizie rytmu serca i ew. zakłóceniach (np. ruchu poszkodowanego).
8.	Algorytm pracy defibrylatora	Algorytm postępowania musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z możliwością aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany algorytmu postępowania bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania go do producenta. Automatyczna analiza EKG. Automatyczne dostosowanie energii wyzwiania impulsu defibracyjnego w zależności od wyniku analizy.
9.	Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych	Urządzenie powinno zapewniać pełną i trwałą rejestrację danych o jego działaniu. W szczególności rejestrować conajmniej włączanie urządzenia oraz zdarzenia zasadnicze (wykrycie ruchu, analizę EKG, zalecenie wykonania wstrząsu, informacje o wykonanym wstrząsie). Urządzenie powinno zapewnić rejestrację danych w wbudowanej pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci dostarczonej wraz z urządzeniem. Dostarczone urządzenie musi być gotowe do rejestracji danych. Urządzenie powinno mieć możliwość transferu pełnych danych zapisanych wewnątrz wbudowanej pamięci do komputera PC (karta pamięci lub łączność bezprzewodowa).
10.	Metronom	Urządzenie musi posiadać funkcję metronomu.
11.	Elektrody	Urządzenie powinno być wyposażone w minimum 1 komplet elektrod samoprzylepnych. Na elektrodach winien widnieć instruktaż (rysunkowy) prawidłowego umieszczenia na ciele ratowanego. Elektrody powinny posiadać termin gwarancji (okres przydatności do użytku) minimum 2 lata.
12.	Waga defibrylatora	Waga maksymalna urządzenia nie powinna przekraczać 2,0 kg.
13.	Klasa ochrony Dane techniczne	Defibrylator musi być wykonany w podwyższonym stopniu ochrony przed pyłem i wilgocią lub równoważnie nie mniej niż klasa IP 55. Odporność na nacisk – minimum 500kg. Odporność na upadek – minimum 1,20m. Minimalne wymiary defibrylatora – 17cmx21cmx5cm /dł. x szer. x wys./.
14.	Kapsuła defibrylatora	Musi być dostarczona w zestawie z AED. Wymiary minimalne kapsuły: średnica 47cm, głębokość 17cm. Materiał wykonania kapsuły: pokrywa: poliwęglan pokryty podwójną powłoką UV, podstawa: poliwęglan odporny na promieniowanie UV z wykończeniem z włókna węglowego, gumowa wodoszczelna uszczelka przewodu zasilającego, powłoka antykorozyjna. Wyposażenie kapsuły: system grzewczy z automatycznym termostatem, oświetlenie wewnętrzne LED,



Zamówienie 207/BZP-PU.511.193.2023/AF  
BZP-PU/196/2023

		alarm dźwiękowy sygnalizujący otwarcie kapsuły i uruchomienie alarmu wizualnego, plomba zabezpieczająca przed otwarciem, intuicyjny system otwierania, odporność na upadek z wysokości minimum 1 metra, minimum 2 letnia gwarancja.
15.	Dodatkowe wyposażenie zestawu	<ul style="list-style-type: none"><li>- minimum 2 pary rękawiczek medycznych (nitrylowych),</li><li>- zapasowy zestaw elektrod,</li><li>- nożyczki medyczne,</li><li>- minimum 2 jednorazowe maszynki do usuwania owłosienia,</li><li>- maska ratownicza do sztucznego oddychania,</li><li>- materiał dezynfekcyjny do przetarcia klatki piersiowej,</li><li>- folia życia, oraz</li></ul> Tablica AED do zamocowania nad kapsułą na postumencie prostokątna z wycięciem w dolnej części w kształcie półkola wykonana z odpornych na warunki atmosferyczne dwóch cienkich płyt aluminiowych połączonych rdzeniem poliestrowym. Tablica o wymiarach minimalnych 47x39cm i grubości 2 mm z kolorowymi oznaczeniami i instrukcją : <ul style="list-style-type: none"><li>- z międzynarodowym znakiem AED w kolorze zielonym,</li><li>- z kolejnością postępowania w akcji ratunkowej tzw. łańcuchem przeżycia (czerwone pole na tablicy),</li><li>- z informacjami tekstowymi o zawartości gabloty, trybie użycia i sposobie otwarcia gabloty.</li></ul> Na tablicy winien być zastosowany nadruk cyfrowy o wysokiej jakości z filtrami UV nie dopuszczającym do blaknięcia nadruku.
16.	Przeglądy Konserwacja	Urządzenie nie może wymagać przeglądu po każdorazowym użyciu. W okresie obowiązywania gwarancji przeglądy będą dokonywane na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy urządzenie poddawane będzie w okresie gwarancji przeglądowi, naprawie gwarancyjnej lub wgraniu nowego oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na czas serwisowania pełnowartościowego, kompletnego urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane.
17.	Gwarancja	Wymagany jest autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Minimum 4 - letni okres gwarancji producenta i w tym okresie serwis wraz z gwarancją udostępnienia na czas serwisu pełnowartościowego kompletnego defibrylatora zastępczego. W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany elektrod i baterii. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający przejęcie przez producenta zobowiązań gwarancyjnych (w pełnym wymiarze gwarancji). W okresie objętym gwarancją urządzenia dostawca nieodpłatnie dokonuje wymiany baterii i elektrod w przypadku: <ul style="list-style-type: none"><li>• zakończenia się ich terminu przydatności do użycia.</li></ul>
18.	Funkcja zdalnego monitorowania	Defibrylator winien być dostarczony wraz z systemem zdalnego monitorowania następujących parametrów: <ul style="list-style-type: none"><li>• informacja o stanie gotowości/braku gotowości AED do użycia (awaria urządzenia, brak komunikacji z urządzeniem, brak zasilania w energię elektryczną, zbyt niska temperatura),</li><li>• użycie AED,</li><li>• stan otwarcia i zamknięcia kapsuły,</li><li>• informacja o lokalizacji defibrylatora i jego przemieszczaniu (w oparciu o GPS z dokładnością +/- 5m).</li></ul> System zdalnego monitorowania winien być realizowany poprzez technologię GSM. Nadzór nad urządzeniami winien być administrowany poprzez dedykowaną bazę





**Zamówienie 207/BZP-PU.511.193.2023/AF  
BZP-PU/196/2023**

		danych, dopuszcza się spełnienie wymagania poprzez wykorzystanie portalu www, w którym dane będą raportowane z możliwością zdalnego dostępu. Urządzenie w przypadku otwarcia kapsuły winno generować informację w siedzibie Użytkownika w postaci wyskakującego wizualnego okna /automatyczne pojawienie się okna na pierwszym planie/. Ponadto Zamawiający wymaga przekazywania informacji za pośrednictwem sms na numer wskazany przez przyszłego Użytkownika na etapie realizacji zamówienia. System winien być obsługiwany za pomocą jednego narzędzia (program / aplikacja kompatybilna z systemem operacyjnym komputerów Użytkownika. Przez minimalny 4 letni okres gwarancji urządzenia Wykonawca zapewni na własny koszt: <ul style="list-style-type: none"><li>• łączność GSM,</li><li>• jej nieprzerwalne administrowanie i natychmiastowe reagowanie na awarie techniczne zgłaszane automatycznie z jednoczesnym poinformowaniem Użytkownika.</li></ul>
19.	Usuwanie awarii urządzenia	W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika awarii urządzenia AED czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być dłuższy niż 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie zamontowania urządzenia zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 24 godz. / dobę / 7 dni w tygodniu.
20.	Warunki użytkowania defibrylatora	Od (-) 20°C do (+) 50°C
21.	Certyfikaty	Dostarczane urządzenie winno spełniać wymagania deklaracji zgodności CE dla wyrobów medycznych, zgodnej z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

## **7. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej zadania**

1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego wbudowania i przekazania do użytkownika urządzenia, w tym zgoda przyszłego Użytkownika Gdańskiego Ośrodka Sportu.
2. Dokumentacja winna być opracowana przez osobę / osoby posiadające wymagane uprawnienia, kserokopia uprawnień winna być załączona do dokumentacji.
3. Jeżeli będzie wymagane lub konieczne sporządzenie dokumentacji w zakresie branży elektrycznej, dokumentacja ta winna być sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Kserokopia uprawnień winna być załączona do dokumentacji.

## **8. Wymagania dla zasilania w energię elektryczną i montażu urządzenia na postumencie**

Wykorzystanie zasilania ze skrzynki zasilania oświetlenia boisk sportowych w użytkowaniu Gdańskiego Ośrodka Sportu.

1. Grubość żyły przewodu zasilającego, typ zabezpieczenia oraz typ zasilacza winny wynikać z obliczeń elektrycznych.
2. Zastosowanie zasilacza dedykowanego przez producenta w celu zasilenia ogrzewania kapsuły.
3. Grubość żyły kabla zasilania maty grzewczej winna być dostosowana do gniazd szafki / kapsuły.
4. Urządzenia elektryczne należy instalować w sposób niedostępny dla osób trzecich. Zastosować należy zabezpieczenia przeciwprądowe i przeciwporażeniowe zgodne z obowiązującymi normami.
5. Kable powinny być układane zgodnie z obowiązującymi normami.
6. W przypadku gdy zajdzie konieczność należy wykonać rozbudowę panelu elektrycznego skrzynki elektrycznej po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem.
7. Forma, kształt i szata graficzna postumentu wraz z defibrylatorem winna być zgodna z załącznikiem nr 2 do OPZ.
8. Montaż:



**Zamówienie 207/BZP-PU.511.193.2023/AF  
BZP-PU/196/2023**

- a) fundamentów według przyjętych przez Wykonawcę a zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązań. Postument winien być zamocowany do fundamentu za pomocą kotew chemicznych (względnie na fundamentach jako prefabrykatkach z zakotwionymi szpilkami) z uwzględnieniem sił, jakie mogą oddziaływać na postument - warunki atmosferyczne (silne wiatry) oraz względów codziennego użytkowania jak również próby wandalizmu,
- b) minimalne parametry postumentu:
- wykonany z profili zamkniętych wykończonych z materiałów o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych na warunki atmosferyczne oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne,
  - wysokość postumentu od ziemi min. 1,8 metra,
  - na postumencie zapewnić wzmocnienia przygotowane pod montaż kapsuły AED na wysokości 1,5m/+5cm,
  - wewnątrz postumentu zapewnić trasę poprowadzenia instalacji elektrycznej dla potrzeb podłączenia modułu grzewczego w kapsule oraz innych urządzeń i systemów zdalnego monitorowania stanu urządzenia AED.

**9. Wymagania w zakresie oznakowania urządzenia**

1. Kapsuła do przechowywania defibrylatora powinna być oznakowana symbolem AED (zgodnie z przyjętym międzynarodowym oznakowaniem defibrylatorów).
2. Miejsce montażu powinno zostać również oznakowane przez Wykonawcę tablicą z wprowadzonym oznakowaniem jak urządzenia w przestrzeni publicznej Gdańska. Oznakowanie musi być zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem oznakowania.

- 10.** W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (zaproszeniu wraz z załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjętej technologii wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

**11. Warunki dostawy, montażu oraz odbioru i rozliczenia**

1. Zabezpieczenie obiektu przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia dostawy leży po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca dostawy będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.
3. Warunkiem rozliczenia dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. O całkowitym zakończeniu dostawy oraz gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem e-mail: [drmg@gdansk.gda.pl](mailto:drmg@gdansk.gda.pl).
5. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku:
  - stwierdzenia rozbieżności pomiędzy parametrami dostarczonego urządzenia, a parametrami opisanymi w OPZ,
  - uszkodzenia lub stwierdzenia wad uniemożliwiających użycie urządzenia,
  - braku dostarczenia, stosownych atestów i certyfikatów, instrukcji obsługi i innych dokumentów odbiorowych / skompletowane w jednej teczce, ze spisem treści lub akcesoriów, które producent dołącza w komplecie z wyposażeniem.

Załączniki do OPZ:





Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

**Zamówienie 207/BZP-PU.511.193.2023/AF  
BZP-PU/196/2023**

1. Lokalizacja
2. Zdjęcie przykładowego postumentu

Załącznik nr 2



Zamówienie 207/BZP-PU.511.193.2023/AF  
BZP-PU/196/2023

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ul. Żąglowa 11, 80-560 Gdańsk

### OFERTA

.....  
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: ....., e-mail: .....

Po zapoznaniu się z Zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składam ofertę na realizację zadania **Zielony Park os. Pięć Wzgórz / os. Mię (Porębskiego/Jaworzniaków) – BO 2021 – dostawa i montaż defibrylatora.**

- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ..... zł brutto, słownie: ....., w tym:
  - wynagrodzenie netto: .....
  - stawka (....%) i wartość podatku VAT: .....
- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
- Oświadczam, że w stosunku do wykonawcy/któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie zachodzi żadna z podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciężące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis



### **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Dariusz Krekin, e-mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl, nr tel.: 58 320 51 14,
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
  - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
  - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

**Zamówienie 207/BZP-PU.511.193.2023/AF  
BZP-PU/196/2023**